



Orbotech Medical Solutions Ltd.
www.orbotech.com

Orbotech Medical Solutions Ltd.
P.O. Box 2480, Tel Aviv 6102408
Tel: 03-630-8306 • Fax: 03-630-8307

תאריך: 22/06/06

לכבוד:
מר אהוד יריב
חברת פיימקס
ת.ד. 5394 הרצליה

א.נ.

הנדון: תאונה ושימוש בדיפוטרין

בתאריך 19.02.2006 נחשף עובד בחברה לפגיעה ישירה של סולבנט בעינו כתוצאה מהתזה לא מבוקרת.

העובד קיבל טיפול ראשוני בשטיפת מים שלא הועילה ולאחר מספר שניות הוחלף הטיפול בשטיפה ע"י ערכת שטיפת עיניים עם תמיסת דיפוטרין.

העובד חש בהקלה מידית.

בשלב זה התאפשרה העברת העובד לטיפול רפואי בבית החולים שם העובד נבדק במיון והיה במעקב עוד מספר ימים.

לאחר מכן ולתדהמת הצוות הרפואי לא אובחנה כל פגיעה או נזק בעין.

וזאת למרות שלאחר עיון ב-MSDS של החומר ע"י הצוות הרפואי הייתה צפויה פגיעה לעובד כתוצאה מחדירת החומר לעינו.

אין ספק ששימוש בחומר הדיפוטרין היה יעיל ביותר במקרה זה.

בכבוד רב
דרור כהן
ממונה בטיחות OMS

אורבוסק
מדיקל סלושנס בע"מ